



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.  
ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 52  
ΤΗΛ. 210 6252495, 210 6253927  
ΦΑΞ. 210 6203018  
WEB SITE: [www.eurocert.gr](http://www.eurocert.gr), Email: [eurocert@otenet.gr](mailto:eurocert@otenet.gr)

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

<b>ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ Α200</b>	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:05 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 01/08/2012	
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ/ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ	EUROCERT Α.Ε.	
ΣΚΟΠΟΣ /ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ISO 17025	
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Η ΥΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΘΙ	
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ	ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ	
ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΧΑΛΥΨ/ ΜΑΓΟΥΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΚΕΤ/ ΑΘΗΝΑ	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΤΙΔΕΙΓΜΑ Χ 2 ΔΟΚΙΜΙΑ (Δοκίμιο = 3.375cm <sup>3</sup> )	
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΠ13.34 & Ο.Ε.06	
ΤΥΠΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ	ΣΥΝΕΧΕΣ	
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ	2 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	≥ 10	
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΔΠ13.34 Ε06 ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΠ13.34 Ε03 ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)	
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ	
ΔΟΚΙΜΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ  ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ 28ΗΜ	ΣΚ-303, ΣΚ-304
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ/ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της δοκιμής «Αντοχή σε θλίψη 28ημερών» (38 ημέρες από την παρασκευή)/ Έκθεση 10 ημέρες από την παραλαβή όλων των αποτελεσμάτων/ Δεν κοινοποιούνται προς τρίτους/ Είναι στην διάθεση του ΕΣΥΔ	
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	1. Έλεγχοι αποτελεσμάτων εκτός ορίων (Cohran, Grubb) 2. Υπολογισμοί επαναληψιμότητας και αναπαραγωγισιμότητας ανά δοκιμή 3. Συσχετίσεις με επίπεδο δοκιμής 4. Χάρτες ελέγχου ανά δοκιμή 5. Επιδόσεις εργαστηρίων ανά δοκιμή	ΔΠ13.34/Ε03, Ο.Ε.05, ISO/IEC 17043 ISO 5725-2, ISO 13528 ISO 8258 ISO 2854
ΑΠΩΛΕΙΑ/ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	Λαμβάνεται τουλάχιστον 1 αντίδειγμα	
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	
Δ. ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ, Μ. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ, Δ. ΤΣΑΜΑΤΣΟΥΛΗΣ, Β. ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ, Θ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Γ. ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ		